

**ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі: Стерилізатор паровий**
*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))*

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:

найменування замовника: ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

місцезнаходження замовника: Україна, 49045, Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Науки, буд. 72

ідентифікаційний код замовника: 02066747

категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Стерилізатор паровий, за кодом ДК 021:2015 – 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2026-05-29-005378-a

Кількість закупівлі: 1 шт

Очікувана вартість: 147 550,00 грн з ПДВ

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами).

Для визначення очікуваної вартості закупівлі товару було використано запит цінових пропозицій учасників, які мають можливість поставити зазначений товар.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням нагальної потреби структурних підрозділів в закупівлі товару, відповідно до затверджених кошторисних призначень спеціального фонду державного бюджету на 2026 рік.

Було прийнято рішення провести закупівлю товару із застосуванням електронної системи закупівель за процедурою «відкриті торги з особливостями», визначеною Законом України «Про публічні закупівлі» з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». 29.05.2026 на майданчику було оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Загальні вимоги:

№ п/п	Параметр	Вимоги технічного завдання	Відповідність ТАК/НІ з посиланням на сторінку технічної документації
1	Призначений для стерилізації водяною насиченою парою під надлишковим тиском медичних виробів з корозійно-стійких металів (хірургічного інструменту), скла, гуми, латексу, виробів з текстилю, перев'язувального матеріалу, також лігатурних шовних матеріалів, використовуваних в медичній практиці		
2	Технічні характеристики:		
2.1	Робочий тиск пари в парогенераторі і стерилізаційній камері, МПа, (кгс / см ²), не більше	0,22	
2.2	Рід струму	змінний, трифазний	
2.3	Частота, Гц	50/60	
2.4	Напруга, В	380	
2.5	Питома номінальна потужність, кВа, не більше	4	
2.6	Внутрішній діаметр стерилізаційної камери, мм	350 ± 4	
2.7	Режимів стерилізації	2	
2.8	Параметри першого режиму стерилізації:		
	робочий тиск МПа (кгс / см ²)	0,20 ± 0,02	
	температура, °С	132 ± 2	
	час стерилізаційної витримки, хв, не менше	20	
2.9	Параметри другого режиму стерилізації:		
	робочий тиск МПа (кгс / см ²)	0,11 + 0,02	

	температура, °C	120 ± 2	
	час стерилізаційної витримки, хв, не менше	45	
2.10	Габарити, мм:		
	Довжина (без виступаючих трубопроводів)	570 ± 5	
	Ширина	620 ± 5	
	Висота (без регулювальних опор)	960 ± 5	
2.11	Маса стерилізатора без приладдя, кг, не більше	110	
2.12	Середній термін служби, років	10	
2.13	Норма витрати води за 1 цикл роботи стерилізатора л., не більше	5	
3	Стерилізаційна і водопарова камери являють собою єдину зварену конструкцію, але роз'єднані функціонально	Наявність	
4	Водовказівна арматура для візуального контролю за рівнем води в ній	Наявність	
5	За допомогою приєднувальних елементів і трубопроводів здійснюється приток води і скидання відпрацьованого пара і конденсату в каналізацію	Наявність	
5	Приток води в водопарову камеру через лійку при відсутності водопроводу і каналізації	Наявність	
6	Три трубчастих нагрівача типу ТЕН	Наявність	
7	Водопарова камера забезпечена запобіжним клапаном, відрегульованим на тиск	$0,24 \div 0,27$ МПа	
8	Герметичність стерилізаційної камери створює кришка, виконана з високотемпературної нержавіючої сталі	Наявність	
9	Гумова прокладка	Наявність	

10	Шість гвинтових притисків	Наявність	
11	Водопарова і стерилізаційна камери забезпечені манометрами для візуального спостереження за ходом процесу пароутворення і стерилізації	Наявність	
12	Процес автоматичної підтримки тиску пароутворення здійснюється за допомогою манометра	Наявність	
13	Манометри виведені на приладову панель стерилізатора і підключені до камер трубопроводами	Наявність	
14	Можливість роботи без стаціонарних мереж водопостачання	Наявність	
15	Приладова панель розташована на передній частині стерилізатора	Наявність	
16	Панель приладів призначена для управління процесом стерилізації та візуального контролю за станом роботи стерилізатора	Наявність	
17	Для змоги обслуговуючого персоналу спостерігати за роботою стерилізатора на відстані прилади й індикатори видно зі значної відстані	Наявність	
18	Електрообладнання стерилізатора призначене для нагрівання води в пароводяній камері і забезпечення автоматичного виконання процесів при роботі	Наявність	
19	Наявність у комплекті постачання дистилятора настільного типу продуктивністю не менше 1,2 л/хв та загальною накопичувальною ємністю об'ємом не менше 4 л	Наявність	
20	Документація		
20.1	Сертифікат відповідності виданий відповідним органом (клас потенційного ризику II б)	Наявність	Надати
20.2	Декларація відповідності складена виробником на базі сертифіката відповідності	Наявність	Надати

20.3	Сертифіката на систему управління якістю ISO:13485:2018	Наявність	Надати
20.4	Керівництво по експлуатації (з гарантійним талоном)	Наявність	Надати
20.5	Паспорт посудини, що працює під тиском	Наявність	Надати
21.	Гарантійні зобов'язання, сервісне обслуговування		
21.1	Інструктаж персоналу	Наявність	Надати гарантійний лист
21.2	Гарантія на обладнання не менше 12 місяців	Наявність	Надати гарантійний лист

Загальні вимоги

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико – технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог тендерної документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов'язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, інструкції, технічного паспорту або технічного опису, або ін. документів українською мовою) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.

2. Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копії технічної документації виробника товару, який є предметом закупівлі у вигляді паспорту, або технічного опису або інструкції користувача українською мовою.

3. Товар, запропонований Учасником, повинен бути введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

4. Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним Товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати файл відсканований з Оригіналу листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), або представника, дилера, дистриб'ютора, офіційно уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки Учасником Товару, який є предметом закупівлі цих торгів, у кількості, та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. Лист повинен включати в себе: назву Учасника, номер оголошення, що оприлюднене на веб-порталі Уповноваженого органу, назву предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення процедури закупівлі, а також гарантії щодо терміну гарантійного обслуговування.

5. Гарантійний термін (строк) експлуатації товару, запропонованого Учасником повинен становити не менше 12 місяців з дати поставки. Товар повинен бути новим та таким, що не був в експлуатації.

6. Відсутність підтвердження відповіді на будь-який пункт медико - технічних вимог з посиланням на відповідний пункт (сторінку) в технічній документації виробника устаткування буде означати, що такий параметр у Учасника відсутній, що призведе до відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає медико - технічним вимогам.

7. Гарантійний лист про забезпечення навчання персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

8. Доставка товару та його інсталяція прводиться за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільній формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

9 В місцях, де медико-технічні вимоги містять посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз «або еквівалент».

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Ніла Армстронга, 24, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, Україна

Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 20.07.2026 р