

**ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
ОБҐРУНТУВАННЯ**

**технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі: Біохімічний аналізатор**
*(оприлюднюється на виконання постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне
використання державних коштів» (зі змінами))*

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, його категорія:

найменування замовника: ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

місцезнаходження замовника: Україна, 49045, Дніпропетровська область, місто Дніпро, пр. Науки, буд. 72

ідентифікаційний код замовника: 02066747

категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Біохімічний аналізатор, за кодом ДК 021:2015 – 38430000-8 Детектори та аналізатори

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, UA-2026-05-28-001692-a

Кількість закупівлі: 1 шт

Очікувана вартість: 117 884,00 грн з ПДВ

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: Очікувана вартість закупівлі визначена згідно з наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами).

Для визначення очікуваної вартості закупівлі товару було використано запит цінових пропозицій учасників, які мають можливість поставити зазначений товар.

Обґрунтування розміру бюджетного призначення: Розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням нагальної потреби структурних підрозділів в закупівлі товару, відповідно до затверджених кошторисних призначень спеціального фонду державного бюджету на 2026 рік.

Було прийнято рішення провести закупівлю товару із застосуванням електронної системи закупівель за процедурою «відкриті торги з особливостями», визначеною Законом України «Про публічні закупівлі» з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 року № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». 28.05.2026 на майданчику було оприлюднено оголошення про проведення процедури закупівлі.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

1. Вимоги до транспортування, тари та упаковки: тара та упаковка повинна відповідати вимогам встановленим до даного виду товару і захищати його від пошкоджень або псування під час перевезення (доставки), приймання товару здійснюється Замовником із врахуванням особливостей, при поставці повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника, товари медичного призначення мають супроводжуватися інструкцією з їх застосування, викладеною українською мовою та затвердженою належним чином.
2. Назва, маркування, розміри, пакування та інші критерії товару, повинні відповідати специфікації Замовника.
3. Доставка повинна здійснюватися за адресою: вул. Наукова, 7 м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, Україна
4. Вимоги до якості: якість товару повинна відповідати діючим на території України державним стандартам, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджуватися сертифікатом якості (завірені печаткою постачальника копії подаються при постачанні на кожную партію окремо).
5. Доставка транспортом постачальника і за рахунок постачальника з заносом на склад замовника.
6. При доставці неякісного товару, комісією замовника буде складений акт, на основі якого постачальник зобов'язаний замінити товар на якісний на протязі трьох робочих днів.

Технічні характеристики

№	Найменування технічних параметрів		Учасник має зазначити «так» чи «ні» з обов'язковим посиланням на сторінку(и) інструкції та/або іншого технічного документа
1	Тип аналізатора	стаціонарний, напівавтоматичний	
2	Тип системи	відкрита, з можливістю використання діагностичних наборів різних виробників	
3	Аналітичні методи	кінцева точка, фіксований час, кінетика	
4	Час вимірювання по методу кінцевої точки	не більше 5 с.	
5	Час вимірювання по методу фіксованого часу та кінетики	більше 30 с.	
6	Процедура ініціалізації системи	наявність	
7	Мінімальний об'єм зразку	не менше 200 мкл	
8	Діапазон оптичної щільності	не гірше 0 ~ 3.0 А	
9	Розподільна здатність	не гірше 0.001 А	
10	Тип використовуваної кювети	проточна кювета або наливна кювета	
11	Об'єм проточної комірки	не більше 33 мкл	

12	Підтримка температури проточної ячейки або кювети	25°C, 30°C, 37°C	
13	Довжини хвиль	Довжини хвиль: 340 нм, 405 нм, 510 нм, 546 нм, 578 нм, 630нм. Додатково: 450нм, 670нм.	
14	Інтервал зчитування для однієї хвилі	не більше 1 с.	
15	Інтервал зчитування для двох хвиль	не більше 2 с.	
16	Об'єм пам'яті результатів	не менше 3000 результатів	
17	Об'єм пам'яті тестів	не менше 199 тестів	
18	Джерело світла	Вольфрамово-галогенна лампа (6В, 10Вт)	
19	Тип екрану	сенсорний	
20	Віртуальна клавіатура	наявність	
21	Використання сенсорного олівця	можливість	
22	Методи калібрування	лінійний та нелінійний	
23	Система контролю якості	правила Вестгарда	
24	Мова інтерфейсу користувача	китайська, англійська, французька, італійська, німецька, російська та іспанська	
25	USB порт	наявність	
26	Вбудований принтер	наявність	
27	Зовнішній принтер	можливість	
28	Інтерфейс RS-232	можливість	
29	Вага аналізатора	не більше 8 кг	
30	Термін гарантійного обслуговування приладу	не менше 12 місяців	
31	Стартовий набір погоджений виробником до використання на даному приладі: Сечова кислота 1 упак Сечовина (Рідкий) GLDH Кінетика і кінцева точка 5x100ml; 1x100ml; 1x5ml 1 уп Мультикалібратор (1ф-3мл) - 1фл. Мультиконтроль ClinChem (рівень1) (1ф-5мл) - 1 фл. Мультиконтроль ClinChem (рівень2) (1ф-5мл) - 1 фл.	Сечова кислота R1 реагент сечова кислота: Фосфатний буфер pH 7.4 50 ммоль / л DHBSA* 4 ммоль / л Консервант: 3,5-дихлор-2-гідроксибензолсульфонова кислота POD 660 Од/ л 4-Аміноантипирин 1 ммоль/л Уриказа 60 Од/л R4 Стандарт Сечова кислота 10 мг/дл (595 ммоль/л) Сечовина R1 ферментний реагент: Tris буфер pH 7.95 112 ммоль / л 2-оксоглутарат 15.5 ммоль / л ADP 0.94 ммоль / л Уреаза 17000 Од/л GLDH 600 Од/ л	

		2-оксоглутарат 115 ммоль/л NADH 1.44 ммоль/л Стандарт R4: Сеча 50 мг/дл (8.33 ммоль/л) Мультикалібратор (1ф- 3мл) Ліофілізований калібратор на основі сироватки. Мультиконтроль ClinChem (рівень1) (1ф-5мл) Ліофілізований контрольний матеріал на основі людської сироватки. Мультиконтроль ClinChem (рівень2) (1ф-5мл) Ліофілізований контрольний матеріал на основі людської сироватки.	
38	Прилад повинен супроводжуватися експлуатаційною документацією українською мовою	Наявний	

Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: вул. Наукова, 7, м. Дніпро, Дніпропетровська обл., 49000, Україна

Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: до 30.06.2026 р.